Allegato 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VIDEOBRONCOSCOPIO

Videobroncoscopio sterile, monouso e flessibile destinato alle procedure ed esami endoscopici delle vie aeree e dell'albero tracheobronchiale.
Il videobroncoscopio deve essere flessibile monouso indicato per procedure come l'intubazione orale, nasale e percutanea e per le procedure di broncoscopia flessibile in qualsiasi situazione clinica in cui si applica l'intubazione.
Il videobroncoscopio flessibile monouso, non deve necessitare di configurazione/test (Plug & Play), deve permettere di poter effettuare le seguenti procedure:
- BAL: lavaggio bronco alveolare con prelievo istologico
- BW: lavaggio bronchiale
- Gestione delle secrezioni
- Biopsie
- Aspirazione Broncotracheale
- Ventilazione monopolmonare DLT
- Posizionamento del bloccatore bronchiale
- PDT: Tracheotomia percutanea dilatativa
- Procedure di disostruzione delle vie aeree (stents, dilatazione meccanica, elettrobisturi, APC, cryo, pinze per biopsia a caldo)
- Gestione delle vie aeree difficili previste ed impreviste
- Rimozione di corpi estranei nelle vie aeree
- Posizionamento valvola per riduzione volume polmonare

Caratteristiche minime dei Broncoscopi :
Manipolo ergonomico e leggero con impugnatura salda e maneggevole, cavo di collegamento al monitor posizionato nella parte inferiore dell'endoscopio.

Misure minime richieste:

- Slim misura 4.2/2.2 circa
- Regular misura 5.0/2.2 circa
- Large misura 5.6/2.8 circa

La ditta dovrà fornire in comodato d' uso gratuito n° 10 piattaforme/ monitor portatili aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Sistema di visualizzazione ad Alta Definizione;
- Display a colori LCD touch screen, di misura non inferiore ad 10 pollici, per la visualizzazione delle immagini in alta risoluzione, non inferiore a 800*480;
- Durata della batteria di almeno 90 minuti;
- Possibilità di fissaggio ad aste porta-flebo, dotato di supporto di agganci;
- Documentazione e riproduzione di immagini e video in tempo reale;
- Possibilità di registrazione delle procedure;
- Possibilità di eseguire fermi immagine e messe a fuoco durante le procedure;
- Sistema di sicurezza della connessione del monitor alla rete della azienda ospedaliera in ottica preventiva contro attacchi hacker;
- Possibilità di importare ed esportare immagini e filmati su periferica estraibile (es. memory card, memoria USB, etc).

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dr.ssa Monica Caira
Mail: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
Tel. 0775/8823348-2021-2478-2485