| Criteri di valutazione | Punteggi | Modalità attribuzione punteggio |
|---|---|---|
| Possibilità di modificare l'immagine live con algoritmi di miglioramento dell'immagine e bilanciamento del bianco automatico. | 5 | D |
| Ghiera sulla base del manipolo per la rotazione della parte flessibile broncoscopio a destra e a sinistra di almeno 120° supportando l'accesso alle aree difficili e facilitando l'inserimento degli strumenti endoterapici e centimetratura della parte flessibile | 10 | T (SI/NO) |
| pulsanti sull'endoscopio per attivare funzioni programmabili a distanza (foto, video, zoom) verrà valutato il miglioramento dell'immagine | 5 | D |
| Sistema di campionamento sterile monouso a circuito chiuso, integrato nella confezione, che riduce il rischio di contaminazione e perdita del campione | 10 | D |
| Modalità doppia visione: possibilità di mostrare due immagini dal vivo nello stesso momento quando vengono collegati contemporaneamente due dispositivi di visualizzazione compatibili, per consentire all'operatore di utilizzarli in scenari particolari e di emergenza | 5 | T (SI/NO) |
| Ampiezza gamma misure | 10 | Q |
| Sistema ad anelli integrato per il fissaggio del tubo endotracheale che permette all'operatore di avere le mani libere e di lavorare in tutta comodità | 5 | T (SI/NO) |
| Strumento confezionato singolarmente in maniera sterile e pronto all'uso e facile da aprire | 5 | D |
| Programma formazione e assistenza tecnica | 10 | D |
| Compatibilità con strumenti attivi ad alta frequenza riportato all'interno delle IFU (Laser Nd Yag, APC per misure HD, criosonde) | 5 | T (SI/NO) |

| Note |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| il punteggio sarà attribuito proporzionalmente applicando la seguente formula :<br><br>Pi (punteggio azienda iesima)= Pmax (Punteggio massimo attribuibile alla valutazione migliore) x Numero delle misure/Numero max delle misure presentate. |
| |
| |
| |