

Richiesta di affidamento di strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare su soggetto adulto e pediatrico, pungidito monouso e la fornitura di glucometri in uso gratuito e trasmissione capitolato tecnico

ALLEGATO 1 - Griglia di valutazione tecnica

LOTTO 1: STRISCE DI GLUCOSIO/GLUCOMETRI		70	P.max	PT	PQ	PD
Presenza di allarmi ipo glicemia, siano essi acustici e/o visivi presenti sul glucometro	Il punteggio verrà attribuito in funzione di segnalatori acustici e/o visivi di ipoglicemia,	10	10	10		
Presenza di allarmi iper glicemia, siano essi acustici e/o visivi presenti sul glucometro	Il punteggio verrà attribuito in funzione di segnalatori acustici e/o visivi di iper glicemia,	10	10	10		
Accuratezza dei valori entro ± 5 mg/dl per glicemie <100 mg/dl secondo norma ISO 15197/2015	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguenti formula, in base alla % di accuratezza A) < 60% = 0 B) da 60% al 79,9% = 3 punti C) da 80 al 89,9% = 6 punti D) da 90 a 100% = 9 punti Il punteggio definitivo per ciascuna fascia di punteggio verrà attribuito in funzione della certificazione sottoscritta presentata dalla Ditta	15	15		15	
Accuratezza dei valori entro $\pm 10\%$ per glicemie ≥ 100 mg/dl secondo norma ISO 15197/2015	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguenti formula, in base alla % di accuratezza A) < 60% = 0 B) da 60% al 79,9% = 3 punti C) da 80 al 89,9% = 6 punti D) da 90 a 100% = 9 punti Il punteggio definitivo per ciascuna fascia di punteggio verrà attribuito in funzione della	15	15		15	

	certificazione sottoscritta presentata dalla Ditta					
Calibrazione automatica (che non necessita di intervento manuale da parte del paziente)	Il punteggio verrà attribuito in funzione dell'assenza di necessità di calibrazione manuale dello strumento da parte dell'utente,	10	10	10		
Allarmi ed avvisi automatici di malfunzionamento (es. livello batteria, non corretto posizionamento striscia, ecc) siano essi acustici e/o visivi	Il giudizio verrà attribuito in funzione della presenza sullo strumento e della tipologia di allarmi acustici/visivi atti a segnalare malfunzionamenti	10	10			10

Per i criteri di qualità sopra riportati, la Ditta dovrà presentare una breve relazione tecnica relativa ai criteri sopra riportati.

Relazione tecnica nella quale il concorrente deve descrivere, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, tutti gli elementi premianti (discrezionali, quantitativi e tabellari) corrispondenti ai criteri valutativi indicati nella Tabella 1. Nella relazione dovrà essere indicato il documento ed il numero di pagina dove la Commissione di gara potrà confutare la presenza o meno della caratteristica premiante e valutarla con riferimento ai requisiti tecnici minimi e ai criteri di valutazione per i lotti a cui si partecipa

LOTTO 2: LANCETTE PUNGIDITO		70	P.max	PT	PQ	PD
Calibro della punta del dispositivo > 30 G	Il punteggio verrà attribuito in funzione del calibro (G) massimo disponibile per la lancetta, secondo la seguente formula $P_{def} = (V_a - 30) / (V_{max} - 30) * p_{max}$ Dove: Pdef=punteggio definitivo OE Pmax=punteggio max attribuibile al criterio Vai=offerta OE Vmax=offerta migliore	25	25		25	
Affilatura (numero	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di	10	10	10		

sfaccettature) della lancetta	sfaccettature della lancetta secondo la seguente formula: - affilatura con tre sfaccettature = 5 punti - affilatura con sfaccettatura con più di tre sfaccettature = punteggio max da dichiarare mediante relazione tecnica					
Facilità d'uso, maneggevolezza	Il punteggio verrà attribuito in funzione della facilità di utilizzo del prodotto offerto	25	25			25
Sterilizzazione fisica a raggi gamma (o soluzione equivalente) delle lancette	Il punteggio verrà attribuito in funzione della modalità di sterilizzazione dell'ago a raggi gamma, secondo la seguente formula: Sì: punteggio max No: 0 punti	10	10	10		

Per i criteri di qualità sopra riportati, la Ditta dovrà presentare una breve relazione tecnica relativa ai criteri sopra riportati.

Relazione tecnica nella quale il concorrente deve descrivere, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, tutti gli elementi premianti (discrezionali, quantitativi e tabellari) corrispondenti ai criteri valutativi indicati nella Tabella 2. Nella relazione dovrà essere indicato il documento ed il numero di pagina dove la Commissione di gara potrà confutare la presenza o meno della caratteristica premiante e valutarla con riferimento ai requisiti tecnici minimi e ai criteri di valutazione per i lotti a cui si partecipa