

ALLEGATO A - Criteri di Valutazione -

I lotti da 1 a 5 verranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	70 PUNTI
PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	30 PUNTI
TOTALE (Ptot)	100 PUNTI

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe): $P_{tot} = P_t + P_e$

dove:

Pt = somma dei punti tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione riportati nelle tabelle seguenti, effettuando le operazioni di seguito indicate.

A. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione specificati nell'Allegato A "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

In particolare:

- i **Punteggi discrezionali** sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- i **Punteggi quantitativi** sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- i **Punteggi tabellari** sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per i criteri **Qualitativi** ove è prevista l'attribuzione di punteggi discrezionali, ciascun Commissario di gara attribuisce un coefficiente Vai (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, in conformità a quanto previsto delle Linee Guida dell'ANAC n.2/2016, paragrafo V. In relazione a ciascun criterio, il valore sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	SCARSO	INSUFFICIENTE
Valore coefficiente Vai assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Quindi, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore e la relativa formula di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1.

$$Ca = \sum n [Wi \times Vai]$$

dove:

Ca = Punteggio del concorrente (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

Wi = punteggio massimo attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Punteggio minimo per Offerta Tecnica:

Saranno escluse dalle successive fasi di gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico pari ad almeno **36 punti** sui 70 disponibili..

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all'offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso per la voce, alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

$$PPI = P_{min} \times MPP / Pi$$

dove:

PPI= Punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

PI = Prezzo dell'offerta considerata

P_{min} = Prezzo dell'offerta più bassa

MPP = Punteggio massimo previsto per il prezzo

Tabelle di valutazione: "Modalità di attribuzione punteggio"

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Presenza di sistema di ancoraggio di tipo "meccanico" con morsetti che consentono l'alloggiamento delle alette del CV e la successiva chiusura per garantirne la stabilizzazione di tutte le tipologie di CV descritti.	15	Tabellare (SI/NO)
Maneggevolezza e facilità di utilizzo e di posizionamento del dispositivo anche indossando i guanti.	14	Discrezionale
Adesività sulla cute e facilità di rimozione dalla cute senza provocare irritazioni.	10	Discrezionale
Salvietta per la protezione della cute inclusa nella confezione	15	Tabellare (SI/NO)
Capacità di tenuta in sede del catetere senza che ciò provochi	10	Discrezionale

schiacciamenti del catetere stesso.		
Pubblicazioni su riviste scientifiche: Allegato A (saranno valutati solo lavori scientifici inerenti il dispositivo offerto, pubblicati su riviste impattate)*	6	Quantitativo
Totale	70	

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 2	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Presenza di sistema di ancoraggio di tipo “meccanico” con morsetti che consentono l’alloggiamento delle alette del CV e la successiva chiusura per garantirne la stabilizzazione di tutte le tipologie di CV descritti.	15	Tabellare (SI/NO)
Maneggevolezza e facilità di utilizzo e di posizionamento dei dispositivi anche indossando i guanti e possibilità di applicazione mediante tecniche no touch.	10	Discrezionale
Adesività sulla cute e facilità di rimozione dalla cute senza provocare irritazioni.	10	Discrezionale
Facilità di apertura della confezione primaria e possibilità di manipolazione rispettando l’asepsi.	10	Discrezionale
Capacità di tenuta in sede del catetere senza che ciò provochi schiacciamenti del catetere stesso.	10	Discrezionale
Verrà valutato il grado MVTR (g/10/m2/24h) della medicazione: : $Va = Ra/Rmax$ in cui: - Va = è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a” - Ra = è il valore della permeabilità offerta dal Concorrente “a” - $Rmax$ = è il valore della permeabilità più elevato tra le offerte ricevute	15	Quantitativo
Totale	70	

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 3	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO
Tempo di permanenza in situ ≥ 7 giorni e certificazione del rilascio continuo di clorexedina	20	Tabellare (SI/NO)
Maneggevolezza e facilità di utilizzo e di posizionamento del dispositivo anche indossando i guanti e possibilità di applicazione mediante tecnica no touch.	10	Discrezionale
Adesività sulla cute e facilità di rimozione dalla cute senza provocare irritazioni.	14	Discrezionale
Pubblicazioni su riviste scientifiche: Allegato A (saranno valutati solo lavori scientifici inerenti il dispositivo offerto, pubblicati su riviste impattate)*	6	Quantitativo
Gamma di dimensioni e misure il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $Va = Ra/Rmax$ in cui: - Va = è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a” - Ra = è il numero di misure offerte dal Concorrente “a” - $Rmax$ = è il numero di misure più elevato tra le offerte ricevute	20	Quantitativo
Totale	70	

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 4	PUNTI MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Tempo di permanenza in situ ≥ 7 giorni e certificazione del rilascio continuo di clorexedina.	20	Tabellare (SI/NO)
Manegevolezza e facilità di utilizzo e di posizionamento del dispositivo anche indossando i guanti e possibilità di applicazione mediante tecnica no touch.	15	Discrezionale
Adesività sulla cute e facilità di rimozione dalla cute senza provocare irritazioni.	10	Discrezionale
Facilita' di apertura della confezione primaria e possibilità di manipolazione rispettando l'asepsi.	10	Discrezionale
Verrà valutato il grado MVTR (g/10/m ² /24h) della medicazione : $Va=Ra/Rmax$ in cui: -Va= è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a" -Ra= è il valore della permeabilità offerta dal Concorrente "a" -Rmax= è il valore della permeabilità più elevato tra le offerte ricevute	15	Quantitativo
Totale	70	

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 5	PUNTEGGIO MAX	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
Tempo di permanenza in situ della medicazione ≥ 7 giorni	15	Tabellare (SI/NO)
Facilita' di apertura della confezione primaria e possibilità di manipolazione rispettando l'asepsi.	15	DISCREZIONALE
Manegevolezza e facilità di utilizzo e di posizionamento del dispositivo anche indossando i guanti e possibilità di applicazione mediante tecnica no touch.	14	DISCREZIONALE
Presenza chec-list per la corretta gestione del kit	10	DISCREZIONALE
Verrà valutato il grado MVTR (g/10/m ² /24h) della medicazione presente nel kit : $Va=Ra/Rmax$ in cui: -Va= è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a" -Ra= è il valore della permeabilità offerta dal Concorrente "a" -Rmax= è il valore della permeabilità più elevato tra le offerte ricevute	10	Quantitativo
Pubblicazioni su riviste scientifiche:Allegato A (saranno valutati solo lavori scientifici inerenti il dispositivo offerto, pubblicati su riviste impattate)*	6	Quantitativo

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO STUDI CLINICI	PUNTEGGIO MAX	NOTE
A. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I a. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 4,4 punti 2 pubblicazioni 4,8 punti 3 pubblicazioni 5,2 punti 4 pubblicazioni 5,6 punti ≥5 pubblicazioni 6 punti	4,4-6	per il parametro sarà attribuito un solo punteggio tra quelli riferiti ai livelli A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es.: presentazioni di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello Ib, si assegna punteggio di 4,4.
B. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I b. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 2,4 punti 2 pubblicazioni 2,8 punti 3 pubblicazioni 3,2 punti 4 pubblicazioni 3,6 punti ≥5 pubblicazioni 4 punti	2,4-4	
C. pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza II a. Assegnazione punteggio: 1 pubblicazione 0,4 punti 2 pubblicazioni 0,8 punti 3 pubblicazioni 1,2 punti 4 pubblicazioni 1,6 punti ≥5 pubblicazioni 2 punti	0,4-2	

**compilare la scheda (allegato C al capitolato tecnico) inerente tale valutazione, indicando esclusivamente i lavori che hanno come oggetto di pubblicazione, il brand offerto, pena non valutazione di tale criterio.

Per ciascun requisito minimo, la Ditta dovrà indicare, in quale parte della relazione o delle schede tecniche (paragrafo, pagina, cartella di file, ecc.) si possono riscontrare le informazioni relative.