



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/2016,
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI EMOSTATICI E COLLE CHIRURGICHE PER LE
ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE**

**CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL'OFFERTA TECNICA**

LOTTO n. 1-2-3

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*	20	Q	Max 2 min = 20 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**	10	Q	Max 12 ore da impiego = 10 Max 24 ore da impiego = 7.5 Max 36 ore da impiego = 5 Max 48 ore da impiego = 2.5 Oltre 48 ore da impiego = 1
Grado di adattabilità, adesione, conformabilità, maneggevolezza	16	D	
Uniformità della trama	8	D	
Resistenza alla trazione sia da asciutto che da bagnato; non si deve sfaldare a contatto con il sangue quindi deve essere removibile se necessario	10	D	
Pubblicazioni su riviste scientifiche con IF riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	A. Pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I a. Assegnazione punteggio: 1. pubblicazione 3.84 punti 2 pubblicazioni 4.38 punti 3 pubblicazioni 4.92 punti 4 pubblicazioni 5.46 punti ≥5 pubblicazioni 6 punti	Q	Per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.
	B. Pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza I b. Assegnazione		

	<p>punteggio:</p> <p>1 pubblicazione 1.98 punti</p> <p>2 pubblicazioni 2.31 punti</p> <p>3 pubblicazioni 2.64 punti</p> <p>4 pubblicazioni 2.97 punti</p> <p>≥5 pubblicazioni 3.30 punti</p>		
	<p>C. Pubblicazioni internazionali valutate per livello di evidenza II a</p> <p>1 pubblicazione 0.33 punti</p> <p>2 pubblicazioni 0.66 punti</p> <p>3 pubblicazioni 0.99 punti</p> <p>4 pubblicazioni 1.32 punti</p> <p>≥5 pubblicazioni 1.65 punti</p>		

LOTTO n. 4-5-11-12

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*	20	Q	<p>Max 2 min = 20 punti</p> <p>Max 4 min = 16.67 punti</p> <p>Max 6 min = 13.34 punti</p> <p>Max 8 min = 10.01 punti</p> <p>Max 10 min = 6.68 punti</p> <p>Oltre 10 min = 3.35 punti</p>
Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**	10	Q	<p>Max 12 ore da impiego = 10</p> <p>Max 24 ore da impiego = 7.5</p> <p>Max 36 ore da impiego = 5</p> <p>Max 48 ore da impiego = 2.5</p> <p>Oltre 48 ore da impiego = 1</p>
Maneggevolezza nell'uso	16	D	
Facilità di apertura e allestimento	8	D	
Capacità di garantire una distribuzione precisa e	10	D	

omogenea del prodotto anche in sedi difficili da raggiungere			
<p>Publicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***</p>	<p>VEDASI CRITERI LOTTO N.1</p>	<p>Q</p>	<p>Per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni.</p> <p>Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.</p>

LOTTO n. 6-8-14

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
<p>Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*</p>	<p>20</p>	<p>Q</p>	<p>Max 2 min = 20 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti</p>
<p>Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**</p>	<p>10</p>	<p>Q</p>	<p>Max 2 settimane/ore da impiego = 10 Max 4 settimane/ore da impiego = 7.5 Max 6 settimane/ore da impiego = 5 Max 8 settimane/ore da impiego = 2.5 Oltre 8 settimane/ore da impiego = 1</p>
<p>Malleabilità e praticità d'uso</p>	<p>16</p>	<p>D</p>	
<p>Possibilità di conservazione a temperatura ambiente</p>	<p>8</p>	<p>T</p>	<p>Allegare alla documentazione una tecnica una dichiarazione</p>

			circa la possibilità di conservazione a temperatura ambiente
Resistenza alla trazione sia da asciutto che da bagnato; non si deve sfaldare a contatto con il sangue quindi deve essere removibile se necessario	10	D	
Pubblicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	VEDASI CRITERI LOTTO N.1	Q	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.

LOTTO n. 7-16-17-18

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*	20	Q	Max 2 min = 20 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**	10	Q	Max 2 settimane/ore da impiego = 10 Max 4 settimane/ore da impiego = 7.5 Max 6 settimane/ore da impiego = 5 Max 8 settimane/ore da

			impiego = 2.5 Oltre 8 settimane/ore da impiego = 1
Grado di adattabilità, adesione, conformabilità, maneggevolezza	12	D	
Uniformità della trama	6	D	
Resistenza alla trazione sia da asciutto che da bagnato; non si deve sfaldare a contatto con il sangue quindi deve essere removibile se necessario	10	D	
Potere antibatterico vs. microorganismi gram positivi e gram negativi comprovato da analisi in vivo e/o in vitro preferibilmente svolte da un organismo indipendente	6	T	Indicare microorganismi gram positivi e gram negativi e allegare attestazioni e/o report
Pubblicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	VEDASI CRITERI LOTTO N.1	Q	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.

LOTTO n. 9-10-13

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione	20	Q	Max 2 min = 20 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti

probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*			Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**	10	Q	Max 2 settimane/ore da impiego = 10 Max 4 settimane/ore da impiego = 7.5 Max 6 settimane/ore da impiego = 5 Max 8 settimane/ore da impiego = 2.5 Oltre 8 settimane/ore da impiego = 1
Capacità di garantire una distribuzione precisa e omogenea del prodotto anche in sedi difficili da raggiungere	16	D	D
Qualità del materiale costituente il prodotto (biocompatibilità)	8	D	D
Rapidità di allestimento	10	D	D
Pubblicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	VEDASI CRITERI LOTTO N.1	Q	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.

LOTTO n. 15

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato	20	Q	Max 2 min = 20 punti

dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*			Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Tempo medio di riassorbimento attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante**	10	Q	Max 2 settimane/ore da impiego = 10 Max 4 settimane/ore da impiego = 7.5 Max 6 settimane/ore da impiego = 5 Max 8 settimane/ore da impiego = 2.5 Oltre 8 settimane/ore da impiego = 1
Maneggevolezza nell'uso	12	D	
Facilità di apertura e allestimento	6	D	
Capacità di garantire una distribuzione precisa e omogenea del prodotto anche in sedi difficili da raggiungere	10	D	
Potere antibatterico vs. microorganismi gram positivi e gram negativi comprovato da analisi in vivo e/o in vitro preferibilmente svolte da un organismo indipendente	6	T	Indicare microorganismi gram positivi e gram negativi e allegare attestazioni e/o report
Pubblicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	VEDASI CRITERI LOTTO N.1	Q	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna

			punteggio 3.84.
--	--	--	-----------------

LOTTO n. 19

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*	20	Q	Max 2 min = 20 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Capacità di adesione atraumatica ai tessuti	20	D	
Maneggevolezza nell'uso	12	D	
Facilità di apertura e allestimento	8	D	
Capacità di garantire una distribuzione precisa e omogenea del prodotto anche in sedi difficili da raggiungere	10	D	

LOTTO n. 20-21-22

CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	NOTE
Tempo di emostasi attestato dalla ditta concorrente in scheda tecnica o dichiarazione con allegata documentazione probante, in pazienti senza patologie a carico del sistema ematico*	18	Q	Max 2 min = 18 punti Max 4 min = 16.67 punti Max 6 min = 13.34 punti Max 8 min = 10.01 punti Max 10 min = 6.68 punti Oltre 10 min = 3.35 punti
Impermeabilità della pellicola	15	D	
Capacità antibatterica/batteriostatica	10	T	Indicare microorganismi gram positivi e gram negativi e allegare attestazioni e/o report
Maneggevolezza nell'uso e possibilità di conservazione a temperatura ambiente	8	D	

Confezionamento	5	D	
Capacità di garantire una distribuzione precisa e omogenea del prodotto anche in sedi difficili da raggiungere	8	D	
Pubblicazioni su riviste scientifiche con ID riferite alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto (brand) offerto***	VEDASI CRITERI LOTTO N.1	Q	NOTA: per il parametro sarà attribuito uno solo punteggio tra quelli riferiti ad A/B/C. In particolare il solo punteggio attribuito sarà quello relativo al miglior lavoro/i presentato/i e al numero di pubblicazioni. Es: presentazione di 1 pubblicazione livello Ia e 5 di livello IB, si assegna punteggio 3.84.

* se il dm offerto presenta tempi intermedi di emostasi es: tra 2 e 6 min, verrà assegnato il punteggio minore ovvero, in questo esempio, 6 punti

** se il dm offerto presenta tempi intermedi di riassorbimento es: tra 24 e 48 ore, verrà assegnato il punteggio minore ovvero, in questo esempio, 3.5 punti

*** compilare la scheda inerente tale valutazione, indicando esclusivamente i lavori che hanno come oggetto di pubblicazione, il brand offerto, pena non valutazione di tale criterio.