

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER DISPOSITIVO MEDICO SONDE MONOUSO FIAPC PER COAGULAZIONE AD ARGON CON FILTRO INTEGRATO

Ai sensi dell' Art 77 C 1, e Allegato II.1, Art 2 del Dlgs 36/23 l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire "SONDE MONOUSO FIAPC PER COAGULAZIONE AD ARGON CON FILTRO INTEGRATO" . o di presentare offerte qualitativamente equivalenti, sotto il profilo funzionale e tecnico, rispetto al dispositivo dell' Operatore noto: ENDOMEDICA SRL (ERBE);

1. Caratteristiche :

- Sonde monouso disponibili in diversi diametri (1.5 — 2.3 — 3.2 mm) e lunghezze (2200 — 3000 mm)
- Disponibili con diverse direzioni di erogazione del gas argon (frontale, laterale 90°, circolare 360°)
- Provviste di filtro antibatterico a membrana integrato nella spina di connessione
- Dotate di riconoscimento automatico da parte del generatore APC 3, con impostazione automatica dei parametri di funzionamento (flusso di gas, modalità di erogazione, potenza)
- Prodotto coperto dai seguenti brevetti: EP 1337194

Sonda FIAPC 2200 A, monouso Ø 2,3 mm, flessibile, L.2,2 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	10 pezzi/conf.
Sonda FIAPC 2200 A, monouso, Ø 3,2 mm, flessibile, L.2,2 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	10 pezzi/conf.
Sonda FIAPC 3000 A, monouso, Ø 2,3 mm, flessibile, L. 3 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	10 pezzi/conf.
Sonda FIAPC 2200 SC, monouso, Ø 2,3 mm, flessibile, L. 2,2 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	10 pezzi/conf.
Sonda FIAPC 2200 C, monouso, Ø 2,3 mm, flessibile, L. 2,2 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	10 pezzi/conf.
Sonda FIAPC 3000 A, monouso, Ø 1,5 mm, flessibile, L. 3 m con riconoscimento strumento e filtro integrato, per es. per Double-Ballon-Enteroscopy.	10 pezzi/conf.

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema richiesto:

3 Brand conosciuto: Endomedica Srl (ERBE)

4 Fabbisogno Annuale richiesto: 60 pz

Costo stimato € 9.900,000





5 Modalità D Partecipazione

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it :

- la manifestazione di interesse a partecipare all' indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica indicata nella tabella precedente;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "INDAGINE MERCATO PER "SONDE MONOUSO FIAPC PER COAGULAZIONE AD ARGON CON FILTRO INTEGRATO".

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità, di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.

7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Monica Cairà

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it

