

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESAMI TOSSICOLOGICI COME DA DCA U00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO

Ai sensi dell' Art 77 C.1, e Allegato II.1, Art 2 del Dlgs 36/, l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire un Sistema Diagnostico per esami tossicologici come da DCA U00288/2016 della Regione Lazio, oltre all'operatore economico conosciuto Werfen .

1. Oggetto. gestione del servizio:

Si richiede in service per almeno un anno un sistema diagnostico, certificato CE/IVD, secondo la regolamentazione CE/IVD 98/79 EC, per l'esecuzione degli esami tossicologici (sostanze da abuso) in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio concernente l'approvazione del protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime in ambito stradale e per gli esami tossicologici su matrice ematica ed urinaria necessari per l'HUB Laboratorio Analisi della ASL di Frosinone.

Nello specifico viene richiesto un analizzatore per l'esecuzione di analisi tossicologiche (sostanze da abuso) sulla matrice ematica e urinaria con relativi Kit reagenti necessari alla ricerca di classi di sostanze.

La strumentazione analitica richiesta deve essere costituita da un sistema macchina reagenti, certificato CE IVD, interfacciato con il LIS, in grado di eseguire analisi tossicologiche (sostanze da abuso) sulla matrice ematica e urinaria

TABELLA. A

ESAMI TOSSICOLOGICI SU URINA - FABBISOGNO ANNUO: 1020 PAZIENTI – N.85 KIT
ESAMI TOSSICOLOGICI SU SANGUE FABBISOGNO ANNUO: 450 PAZIENTI – N. 38 KIT
STRUMENTAZIONE IN SERVICE N. 1

REQUISITI MINIMI

La strumentazione dovrà garantire:

- Tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza o equivalente

**** In aggiunta a quanto sopra richiesto, l' analizzatore dovrà eseguire le analisi tossicologiche, oltre che su matrice ematica e urinaria, anche su matrice cheratinica.**





ASL
FROSINONE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

- Metodica in array
- Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni
- Possibilità di esecuzione dei test richiesti in simultanea e in presenza di relativo controllo interno
- Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti: stabilità, calibrazione e n. test residui
- Lo strumento non deve essere collegato a rete idrica o deionizzatore
- Procedure di avviamento ed utilizzo dello strumento non superiore a 15 minuti
- Il programma per la gestione del controllo di qualità deve permettere il monitoraggio della validità dei lotti in uso, delle calibrazioni delle sessioni di lavoro mediante utilizzo dei grafici Levey-Jenning
- Software con help on line
- Monitoraggio remoto della strumentazione con possibilità di modificare di verificare l'operatività strumentale (ordinaria e straordinaria), controllare i consumi e ottenere una reportistica completa sui consumi di reagenti, calibratori e controlli
- Formazione e aggiornamento del personale
- Completezza del pannello richieste

ANALITI RICHIESTI PER TEST SU URINE

Fentanyl, Etil Glucuronide, Amfetamine, Metamfetamine, Barbiturici, Benzodiazepine I e II, Metadone, Oppiacei, BZG (Benzodilegonina), Ossicodone, Tramadol, Antidepressivi Triciclici (TCA), Cannabinoidi, Buprenorfina, 6-MAM, Cannabinoidi sintetici (JWH-018), a-PVP (detta FLAKKA), Cannabinoidi sintetici (UR-144) AB-PINACA, Creatinina

ANALITI RISCHIESTI SU SANGUE

Oppiacei, Metadone, Cocaina, Cannabinoidi, MDMA, Amfetamine.

BRAND CONOSCIUTO:

Werfen (Instrumentation Laboratory)

2. Durata e importo del contratto.::

1. Fabbisogno annuale di :
 - 85 Kit per esami tossicologici su urina ;
 - 38 Kit per esami tossicologici su sangue;
 - 89 Kit per esami tossicologici su base cheratinica
2. La durata presunta della fornitura è per un periodo di **mesi 48** per complessivi € 1.056.628,00 oltre Iva (22%)



ausl_fr (INT_PRV) - Cod.Reg. RPG-2026 -
Prot.N. 00055707 - 28/07/2026 12:43:55 - USCITA
3-2026-55707

sha-256: cbd2b1d3e81f42580a996a34b0eb5c668a06f1d99da9a0fd6f734a2be18340d0

3. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di dello Strumento automatizzato che permette la determinazione di droghe classiche, sintetiche, farmaci a partire da un singolo campione.

La fornitura dovrà comprendere la licenza d' uso modulo di interfacciamento, installazione , configurazione, corso di istruzione e canone di assistenza 24 mesi.

4.Modalità Di Partecipazione:

Entro il termine di 15 (QUINDICI) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomia@pec.asfrosinone.it la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati al superiore punto 2, corredata eventualmente della documentazione tecnica indicata nella tabella precedente.

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: " FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESAMI TOSSICOLOGICI COME DA DCA U00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO"

5.Criterio di aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite gara ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/16 a favore dei requisiti minimi richiesti e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell' art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.

6. Avvertenze



ausl_fr (INT_PRV) - Cod.Reg. RPG-2026 -
Prot.N. 00055707 - 28/07/2026 12:43:55 - USCITA
3-2026-55707

sha-256: cbd2b1d3e81f42580a996a34b0eb5c668a06f1d99da9a0fd6f734a2be18340d0

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.



MONICA
CAIRA
28.07.2026
12:32:07
GMT+02:00



ausl_fr (INT_PRV) - Cod.Reg. RPG-2026 -
Prot.N. 00055707 - 28/07/2026 12:43:55 - USCITA
3-2026-55707
sha-256: cbd2b1d3e81f42580a996a34b0eb5c668a06f1d99da9a0fd6f734a2be18340d0