

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 60 KIT CON GENERATORE INTEGRATO IN SERVICE GRATUITO PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI CRIONEUROMODULAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA ASL

Ai sensi dell'est, 66 del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, - l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accettare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire n. 60 kit monouso annui con fornitura in service di un sistema per l'esecuzione di crioneuromodulazione oltre all'operatore economico **Davi Medica SRL**.

1. Oggetto, durata e gestione del servizio:

La denervazione in radiofrequenza è una tecnica che impiega calore applicato ad un elettrodo termocoppia, creando così l'inattivazione della risposta dolorosa trasmessa dai nervi nella colonna vertebrale al cervello e si basa sull'utilizzazione di onde radio. L'elettrodo, riscaldandosi, produce l'effetto desiderato, in genere coagulando o bruciando il tessuto nervoso. Più recentemente è entrata nell'uso la radiofrequenza pulsata per il trattamento dei nervi periferici.

La corrente ad alta frequenza (480 kHz) viene trasmessa tramite un elettrodo termocoppia.

La denervazione in radiofrequenza è controindicata nei soggetti portatori di pacemaker ed elettrostimolatori, potendo determinare in tali soggetti episodi di fibrillazione atriale, aritmie di varia natura fino alla fibrillazione ventricolare per l'interferenza con il device della corrente ad alta frequenza generata dalla macchina di RF. In tali pazienti è indicata la crioneuromodulazione, un approccio terapeutico basato sulla temporanea interruzione delle funzioni sensoriali in strutture selezionate del sistema nervoso tramite l'applicazione della bassa temperatura. Durante il processo la criosonda genera dei cristalli di ghiaccio che ledono temporaneamente gli elementi del tessuto nervoso che trasportano le informazioni sul dolore, senza danneggiarlo in maniera permanente.

La crioanalgesia è una procedura mini-invasiva sicura, raccomandata in particolar modo quando i tradizionali metodi risultano inefficaci.

La durata dell'appalto sarà correlata al fabbisogno aziendale legato ai kit monouso, comprensivo di manutenzione full-risk sull'apparecchiatura.

Nelle tabelle che seguono si riporta nel dettaglio la tipologia di fornitura richiesta oltre al fabbisogno aziendale.



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001808 - 24/01/2023 10:28:54 - INTERNO

3-2023-1808

sha-256: 277c647967b93066c080de8c5591f5b91e0fd50cb560fc8f2f97ea8611438266

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO ANNUO
GENERATORE CRIANOALGESIA (da fornire in comodato o a chiamata all'occorrenza con l'assistenza dello specialist)	N. 60 KIT MONOUSO

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

Criosonde sterili monouso fornite di 3 diverse dimensioni:

- Criosonda sterile monouso con punta ago, diametro di 0,8 mm (21 Ga), lunghezza 90 mm
- Criosonda sterile monouso con punta triangolare, diametro 1,3 mm (18 Ga), lunghezza di 100 mm
- Criosonda sterile monouso con punta triangolare, diametro 2 mm (14 Ga), lunghezza di 120 mm

MODALITÀ D PARTECIPAZIONE

Entro il termine di 30(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it, la dichiarazione dei Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati al superiore punto 2, corredata della **documentazione tecnica** indicata nella tabella precedente.

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "ACQUISTO DI N. 60 KIT CON GENERATORE INTEGRATO IN SERVICE GRATUITO PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI CRIONEUROMODULAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOS TERAPIA SUBINTENSIVA CURE PALLIATIVE"

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite gara ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/16 a favore. dei requisiti minimi richiesti e dell'offerta. economicamente più vantaggiosa.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità. di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001808 - 24/01/2023 10:28:54 - INTERNO

3-2023-1808

sha-256: 277c647967b93066c080de8c5591f5b91e0fd50cb560fc8f2f97ea8611438266

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.


AVVERTENZE

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore f.f UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Monica Caira



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001808 - 24/01/2023 10:28:54 - INTERNO

3-2023-1808

sha-256: 277c647967b93066c080de8c5591f5b91e0fd50cb560fc8f2f97ea8611438266