

ACQUISTO DI N. 200 KIT CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA
INTEGRATO IN SERVICE GRATUITO PER IL TRATTAMENTO DI
TERMOLESIONE IN RADIOFREQUENZA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI
FROSINONE

Ai sensi dell'est, 66 del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, - l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire n. 200 kit monouso annui con fornitura in service di un sistema per il trattamento di termoleSIONE in radiofrequenza con l'opportunità di utilizzare una radiofrequenza pulsata non lesiva per il trattamento di nervi periferici, oltre all'operatore economico **Corios SRL**.

1. Oggetto, durata e gestione del servizio:

La denervazione in radiofrequenza è una tecnica che impiega calore applicato ad un elettrodo termocoppia, creando così l'inattivazione della risposta dolorosa trasmessa dai nervi nella colonna vertebrale al cervello e si basa sull'utilizzazione di onde radio. L'elettrodo, riscaldandosi, produce l'effetto desiderato, in genere coagulando o bruciando il tessuto nervoso. Più recentemente è entrata nell'uso la radiofrequenza pulsata per il trattamento dei nervi periferici.

La corrente ad alta frequenza (480 kHz) viene trasmessa tramite un elettrodo termocoppia.

La procedura è eseguibile in regime di day hospital, il paziente è sveglio e cosciente e necessita al massimo di un piccolo bottone cutaneo di anestesia locale. Viene impiegata per le sindromi dolorose di più varia natura: sindromi dolorose delle faccette articolari della colonna e delle articolazioni, lombalgia, lombo-sciatalgia acuta e cronica, nevralgia del trigemino, epicondilite ecc.

La durata dell'appalto sarà correlata al fabbisogno aziendale legato ai kit monouso, comprensivo di manutenzione full-risk sull'apparecchiatura.

Nelle tabelle che seguono si riporta nel dettaglio la tipologia di fornitura richiesta oltre al fabbisogno aziendale.



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001811 - 24/01/2023 10:34:10 - INTERNO

3-2023-1811

sha-256: 6d1919a5bf30ed6bf92f3b9c93f0c687dddca76afc2a471e29ce8bcdedae1761

DESCRIZIONE PRODOTTO	FABBISOGNO ANNUO
GENERATORE A RADIOFREQUENZA (da fornire in comodato o a chiamata all'occorrenza con l'assistenza dello specialist)	N. 200 KIT MONOUSO

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

Generatore:

- Generatore provvisto di almeno 3 modalità di utilizzo della radiofrequenza: Lesione/Radiofrequenza pulsate/Pulse dose
- Kit:
- Kit monopaziente per radiofrequenza composto da una termocoppia da 100 mm, due cannule totalmente ecogeniche da 100 mm e una piastre dedicate
- Kit monopaziente per radiofrequenza composto da una termocoppia da 54 mm, due cannule totalmente ecogeniche da 54 mm e una piastre dedicate
- La superficie esterna deve essere liscia per facilitare lo scorrimento della termocoppia

MODALITÀ D PARTECIPAZIONE

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Patrimonio e Sicurezza, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it la dichiarazione dei Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati al superiore punto 2, corredata della **documentazione tecnica** indicata nella tabella precedente.

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "ACQUISTO DI N. 200 KIT CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA INTEGRATO IN SERVICE GRATUITO PER IL TRATTAMENTO DI TERMOLESIONE IN RADIOFREQUENZA PER LE ESIGENZE DELLA asl DI FROSINONE"

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite gara ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001811 - 24/01/2023 10:34:10 - INTERNO

3-2023-1811

sha-256: 6d1919a5bf30ed6bf92f3b9c93f0c687dddca76afc2a471e29ce8bcdedae1761

D.Lgs. 50/16 a favore dei requisiti minimi richiesti e dell'offerta. economicamente più vantaggiosa.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità. di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.

AVVERTENZE

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore f.f UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Monica Caira



ausl_fr (INT_PRV)

Prot.N. 00001811 - 24/01/2023 10:34:10 - INTERNO

3-2023-1811

sha-256: 6d1919a5bf30ed6bf92f3b9c93f0c687dddca76afc2a471e29ce8bcdedae1761