



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
FROSINONE



OGGETTO: FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI PER TRATTAMENTO DELLE FIMOSI

Ai sensi dell'est. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, - l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire suturatrici circolari per il trattamento delle fimosi (tipo CircumCys), oltre all'operatore economico conosciuto Formed Srl .

### 1. Caratteristiche :

Il dispositivo monouso per circoncisione "CircumCys" consente di effettuare l'intera procedura in un tempo massimo di 10 minuti, poiché esegue in maniera automatica e contemporanea sia il tempo di asportazione del prepuzio che della ricostruzione con una sutura coronale in punti metallici ricoperti da un anello in silicone. Questa tecnica chirurgica si ispira al medesimo concetto della tecnica utilizzata con le suturatrici circolari per emicolectomia.

Le cicatrici create appaiono lisce rispetto all'aspetto più nodulare trovato nel classico metodo di sutura, anche l'edema post-operatorio viene notevolmente ridotto, in quanto l'intera procedura viene effettuata in un tempo brevissimo e il sito trattato subisce meno traumi.

In 60 minuti è quindi possibile effettuare sei procedure chirurgiche senza la necessità di anestesia generale, senza consumo di materiali di sutura (2 confezioni di filo riassorbibile 3-0 e 3 confezioni di filo riassorbibile 4-0). Inoltre, non è necessario utilizzare il kit chirurgico né bisturi elettrico monopolare con relativa placca paziente.

Il paziente attualmente viene ricoverato in regime di Day Surgery, ma è ipotizzabile in futuro l'utilizzo ambulatoriale con ricetta (P.A.C.).

---

#### Caratteristiche del Dispositivo:

- deve permettere il taglio e la sutura precisa in un unico atto
  - deve consentire l'applicazione di un anello di silicone al di sotto della sutura a protezione del taglio e della cicatrice che prevenga il decubito e consenta la caduta spontanea delle spillette metalliche
  - deve essere disponibile nelle misure 13/17/22/25/29/34 mm
  - deve presentare lama circolare dotata di dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'utilizzo accidentale
  - deve essere dotata nella parte distale di un involucro trasparente di alloggiamento del pene, che ne consenta la perfetta visione di ogni fase chirurgica.
  - Deve presentare un supporto poggia dito in silicone
  - Deve essere presente una finestra indicatrice utile per il corretto posizionamento prima del taglio.
- 

### 2. Requisiti di partecipazione:

ASL FROSINONE  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
www.asl.fr.it  
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it  
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it



ausl\_fr (INT\_PRV) - Cod.Reg. RGP\_2023 -  
Prot.N. 00032782 - 24/05/2023 15:37:41 - USCITA  
3-2023-32782

sha-256: e67395fb501a80bee39b1a2bb61c3f443a4da49713e2c79261f71cb22bc9a826

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema richiesto:

SUTURATRICI CIRCOLARI PER TRATTAMENTO DELLE FIMOSI
100 pz

3 Brand conosciuto: Formed Srl (CircumCys)

4 Fabbisogno Annuale richiesto: 100 pz

5 Modalità D Partecipazione

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it](mailto:provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it) :

- la manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica indicata nella tabella precedente;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: " FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI PER TRATTAMENTO DELLE FIMOSI ”

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

**La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.**

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere



**ASL  
FROSINONE**

con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.

### 7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Monica Caira

**ASL FROSINONE**  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
www.asl.fr.it  
p.iva 01886690609

**UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it  
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it



ausl\_fr (INT\_PRV) - Cod.Reg. RGP\_2023 -  
Prot.N. 00032782 - 24/05/2023 15:37:41 - USCITA  
3-2023-32782

sha-256: e67395fb501a80bee39b1a2bb61c3f443a4da49713e2c79261f71cb22bc9a826



ausl\_fr (INT\_PRV) - Cod.Reg. RGP\_2023 -  
Prot.N. 00032782 - 24/05/2023 15:37:41 - USCITA  
3-2023-32782  
sha-256: e67395fb501a80bee39b1a2bb61c3f443a4da49713e2c79261f71cb22bc9a826