

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA DI URETEROSCOPI DIGITALI FLESSIBILI

Ai sensi dell' Art 77 C 1, e Allegato II.1, Art 2 del Dlgs 36/23 l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire "Ureteroscopio digitale flessibile", oltre all' operatore economico Formed;

1. Caratteristiche del Ureteroscopio che dovranno essere presenti anche sugli altri dispositivi offerti, in grado di assicurare la stessa funzionalità:

Descrizione minima: Ureteroscopio digitale flessibile, con manipoletto leggero con impugnatura ergonomica e possibilità di gestione completa, dotato di pulsanti configurabili a scelta dell'operatore e fonte luce led integrata. Diametro esterno di circa 7,5Fr e diametro del canale operativo di circa 3,6Fr, angolo di flessione $\geq 270^\circ$ verso l'alto e verso il basso, lunghezza operativa non inferiore a 650mm. Il Dm deve essere flessibile, monouso, sterile, confezionato singolarmente, privo di lattice e ftalati.

Dovranno essere dotati di interfaccia per i monitor di sala ed inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale necessario all'utilizzo corretto e sicuro dello strumento (cavi di alimentazione, trasformatore, adattatori, carrello, manuale d'uso, ecc). Inoltre, la ditta dovrà fornire Monitor di visualizzazione di dimensione non inferiori a 12" ad alta risoluzione.

Normativa di riferimento: I DM offerti devono avere marchio CE. Dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745, o alla direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n 46 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento e idonei all'uso.

Sarà valutato come requisito preferenziale qualora l'ureteroscopio flessibile venga offerto in Kit contenenti accessori come ad esempio: sistemi di estrazione per i frammenti di calcoli sterili e monouso compatibili)

Si fa presente che al fine di consentire l'opportuna valutazione dei DM sarà necessario l'invio della campionatura (almeno 1 pezzo/kit).

La campionatura dovrà essere consegnata presso la Struttura UOC Farmacia della Asl di Frosinone in Via Fabi Snc – 03100 Frosinone

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale necessario per il funzionamento.

3 Brand conosciuto: Formed

4 Fabbisogno richiesto: Annuale 20 Pz Costo presunto di fornitura € 28.000

5 Modalità D Partecipazione

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it



Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it :

- la manifestazione di interesse a partecipare all' indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica inerenti le caratteristiche indicate;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "INDAGINE MERCATO PER URETEROSCOPIO DIGITALE FLESSIBILE".

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato, questa stazione appaltante procederà mediante affidamento diretto per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna procedura di gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità, di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.


Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 158 comma 2, lettera C2 del Dlgs 36/2023.

7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Monica Caira



ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it

